



ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
64-700 CZARNKÓW, ul. Kościuszki 96
tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71
NIP 763-17-48-697 REGON 000308525



Czarnków, dnia 16.01.2018r

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych

Postępowanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 504237-N-2018 ; data zamieszczenia: 11.01.2018

Zamieszczono na stronie internetowej Szpitala :

www.szpital.czarnkow.pl

Do Zamawiającego w toku postępowania złożono następujące zapytania:

Pytanie 1

Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie potwierdzenia parametrów zaofertowanych rękawic Kartą techniczną/dokumentem producenta? Pragniemy zauważyć, że producent Kartę Techniczną wystawia na podstawie szeregu licznych testów dla wielu serii, nie tylko jednej jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje powtarzalność parametrów dla wszystkich stosowanych przez użytkownika rękawic.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie

Pytanie 2

Pakiet 1, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych bezpudrowych o poziomie AQL $\leq 1,5$, sile zrywu przed starzeniem min. 8N, grubość na palcu min. 0,12 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe parametry za wyjątkiem zmiany dotyczącej siły zrywu przed starzeniem – tu pozostawiamy wymóg min. 9N

Pytanie 3

Pakiet 1, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitylowych bezpudrowych o poziomie AQL $\leq 1,5$, sile zrywu przed starzeniem min. 6N, grubość na palcu 0,08-0,09 mm mierzona pojedynczo.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe parametry AQL $\leq 1,5$, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Zamawiający informuje jednocześnie wszystkich zainteresowanych oferentów, iż w składanej ofercie należy uwzględnić powyższe zmiany oraz w związku z zadanymi pytaniami i udzielonymi odpowiedziami nie ulega zmianie termin złożenia i otwarcia ofert.

Sporządziła:
Barbara Wicher

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie

Krzysztof Wywrot